

INSPECTIELIJST

Doc. 5

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 11409 [REDACTED]
 Straatnaam [REDACTED]
 Huisnummer [REDACTED]
 Postcode [REDACTED]
 Woonplaats AMSTERDAM
 Contactpersoon [REDACTED]
 Functie contactpersoon [REDACTED]
 Hoofdcategorie veterinaire locatie
 Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 13-01-2014
 Nummer controleur [REDACTED]
 Begintijd 10:00
 Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1405 Inspectie regeling
 huisvesting
 Geldig vanaf 01-01-2014

Rgl. huisv. dnb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
 Antwoord Nee
 Toelichting begeleid door [REDACTED] art 12 van [REDACTED] en art 14 functionaris

Vraag 2 Buitenverblijven:
 Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
 Antwoord Voldoet

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
 Antwoord Voldoet

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting Voor zover nagezien voldoet aan uitgangspunt:
 Wanneer dieren individueel worden gehuisvest dient dit te zijn vastgelegd in het onderzoeksplan en door de DEC te zijn bekrachtigd en bijvoorbeeld in het werkprotocol.

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting Alleen ratten aanwezig. 2 Wistar-ratten in bak type III kan volgens EU 2007-526 wel wegens BW < 600 gr.

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
 Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
 Antwoord Voldoet

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting wel aanwezig en passend. Nadere aandacht voor hoeveelheid en bij individueel gehuisveste dieren : hiervoor is kooiverrijking extra belangrijk. Knaaghoutje of tissue/ enviro dry. Geen tunneltjes (deel van de dieren geïnstrumenteerd).

Vraag 10 Dag- of logboek:
 Antwoord Voldoet
 Toelichting in algemene zin; aandachtspunt: voor dieren in postoperatieve fase bijzonder weinig vastgelegd.

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 11	Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 12	Kooilabeling:
Antwoord	Voldoet
Vraag 13	Drinkwater (systemen):
Antwoord	Voldoet
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Voldoet
Vraag 15	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Vraag 16	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	tot matige afwijking: Te lage min. Waarden; RV wisselt per dierkamer met verschillen 10-15%. Sommige kamer zelfs bij vochtig winter weer RV min< 40%; enkele dierkamer niet meer in gebruik wegens te lage RV. Nadere afspraak te maken voor structureel herstel of huisvesten van soorten waarvoor lagere RV icm aard van de proef niet als kritisch beschouwd wordt. Anders gebruik afbouwen voor winterseizoen 2014-2015.
Vraag 17	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 18	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Tot matige afwijking. Gezien structurele problemen klimaatbeheersing na te gaan wanneer gesloten. Overleg dir. [REDACTED]
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 20	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Overleg [REDACTED]
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 23	Algemene indruk:
Antwoord	Matig
Toelichting	Klimaatbeheersing onvoldoende. Verbeterstappenplan af te spreken met beheerder. Administratie niet eenvoudig inzichtelijk waardoor risico' op niet naleving CoP aanzienlijk lijken. Nadere inspecties af te spreken met gebruikers afdeling.
Vraag 24	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	Handeling ikv [REDACTED]

INSPECTIELIJST

Doc. 7

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 11409
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats AMSTERDAM
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 27-01-2014
Nummer controleur
Begintijd 10:00
Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1405 Inspectie regeling
Geldig vanaf huisvesting
01-01-2014

Rgl. huish. dnb / verz dpr

Vraag 1 Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Buitenverblijven:
Antwoord NVT

Vraag 3 Stal of dierverblijven:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 4 Hygiëne en reinheid:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 5 Groeps- of individuele huisvesting:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 6 Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 7 Draadkooien of Draadroosterbodems:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 8 Verzorging der dieren:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 9 Kooiverrijking en nestmateriaal:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 11 Toegestane ingrepen ter identificatie:
Antwoord Niet geconstateerd

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12	Kooilabeling:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 13	Drinkwater (systemen):
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 15	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Op basis van de metingen met volgens opgave art 12 geijkte meters in de periode [REDACTED] is de instelling van de T aangepast (Deel [REDACTED] was warmer dan [REDACTED]: daarom instelling voor ruimtes [REDACTED] temperatuur met 1 C verlaagd). Gezien EU-2007-526 voorgesteld om voor alle verblijven waar de knaagdieren gehouden worden de alarmeringswaarden voor de T te veranderen van $21 \pm 2C$ in $22C \pm 2C$. Deze instelling is ook beter als dieren (op andere locaties dan [REDACTED]) in IVC systemen gehuisvest worden.
Vraag 16	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Op basis van de metingen met volgens opgave art 12 geijkte meters in de periode [REDACTED] is de instelling van de RV aangepast (Deel [REDACTED] (muv [REDACTED]) heeft vochtigere lucht [REDACTED]: daarom instelling voor ruimtes [REDACTED] met 10% RVC verlaagd. [REDACTED] wordt na meting uit gebruik genomen. Gezien EU-2007-526 voorgesteld om voor alle verblijven waar de knaagdieren gehouden worden de alarmeringswaarden voor de RV te veranderen van $55 \pm 15\%$ in $55 \pm 10\%C$.
Vraag 17	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 18	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	door de constructie van de luchtbehandeling is de RV in de dierkamers verschillend. [REDACTED] is beduidend droger dan de overige [REDACTED] ruimtes. [REDACTED] is uit gebruik genomen. De RV-instellingen voor de overige [REDACTED] ruimtes is met 10% verlaagd.
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 20	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Toelichting	Geen zicht gekregen op testen van alarm. De meldkamer heeft geen zicht op daadwerkelijk ingestelde alarmeringswaarden. De instelling gebeurt door de afdeling Centrale Systemen. Volgens opgave voert [REDACTED] de door het [REDACTED] aangeleverde alarmeringswaarden in.
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 23	Algemene indruk:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Door goede controle van het daadwerkelijke stalklimaat door medewerkers van het [REDACTED] en de dooropvolgende beheersmatige stappen zijn grove afwijkingen voorkomen. Gezien de verouderde installatie icm het bijzonder zachte winterweer tot nu toe, zijn geen ernstige afwijkingen geconstateerd. Volgens de directie van het [REDACTED] wordt gestreefd naar uithuizing van de proefdieren van locatie [REDACTED] per 2015. Dit tijdstip is gebaseerd op voorgestelde andere verhuizingen van proefdieren 1. [REDACTED] moet daartoe verbouwd worden) en [REDACTED] (IVC) 2. [REDACTED] Tijdstip in 2015 is acceptabel mits klimaatbeheersing voldoende blijkt. Bij tekortkomingen zal de NVWA als staatstoezichthouder op de naleving van de Wod nadere stappen (laten) ondernemen in bestuurs- en/of strafrechtelijke richting.
Vraag 24	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	Piket lijst op [REDACTED] conform piket lijst [REDACTED]. Beheersing klimaat dierstallen [REDACTED] conform dezelfde systematiek.: alarmwaardes aanpassen. Controle van [REDACTED] [REDACTED] is niet op de hoogte van huisvesting van proefdieren. Ruimtes zijn als kritisch bestempeld wegens radioactiviteit en niet op grond van aanwezigheid van proefdieren.

INSPECTIELIJST

Doc. 9

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie 11420 [REDACTED] VUMC
Straatnaam POSTBUS
Huisnummer 7057
Postcode 1007 MB
Woonplaats AMSTERDAM
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie veterinaire locatie
Locatiecategorie dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 13-11-2014
Nummer controleur [REDACTED]
Begintijd 11:15
Bezoekreden VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst RDNT1401 Dierproeven reden
Geldig vanaf 01-01-2014

Dierproeven

Vraag 1 Is het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Nee

Vraag 2 Wat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Andere reden (niet één van de bovenstaande)
Toelichting Herinspectie nav eerdere schriftelijke waarschuwing met als belangrijkste overtreding uitvoering dierproeven zonder OZP en DEC-advisie.
Geen indicatie voor dezelfde/ vergelijkbare overtreding. Gezien dieren van [REDACTED] 13-04; nader toezicht afgesproken op basis van lijst dierproef conform OZP. Daartoe reeds OZP ingezien. Bij vervolgininspectie nadere aandacht voor ontbreken van m.i. relevante bevinding (bak 287) in documentatie (welzijnsdagboek).